

**INABIMA**

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES****RECTIFICACIÓN DE CIRCULAR No. 01****A: TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

En el proceso de Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento para el buen uso de unidades odontológicas para la nueva oficina del Centro de Servicios de Santo Domingo del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, **Referencia: INABIMA-CCC-CP-2018-02.**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Bienestar Magisterial** les informa, que en fecha 28/02/2018 recibimos las preguntas indicadas más abajo, las cuales contestamos a continuación:

1. Quisiera saber si en dado caso que las unidades y las bombas de succión no sean del mismo fabricante, de qué forma se manejaría?

Respuesta: El kit de succión de alta para unidad dental debe ser de la misma marca del sillón odontológico ofertado, tal como se indica en el punto No. 5, (Descripción de los bienes, cantidades y lugar de entrega), dentro de las especificaciones técnicas, en el Documento Base.

2. Deseo saber de cuantos HP seria la bomba de succión solicitada.

Respuesta: El kit de succión de alta para unidad dental debe ser de 1 HP.

Nota: Las preguntas fueron plasmadas en esta circular tal cual fueron remitidas por los oferentes.


Roció Rodríguez
Encargada División de Compras y Contrataciones

