

**INABIMA**

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 01

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

A: TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

En el proceso de **Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento e inducción para el buen uso de equipos odontológicos para los centros de servicios del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial** referencia INABIMA-CCC-CP-2018-04.

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Bienestar Magisterial** les informa, que en fecha 06/06/2018 al 12/06/2018 recibimos las preguntas indicadas más abajo, las cuales contestamos a continuación:

1. Por favor tener en cuenta que cada HP de un compresor solo esta acto para alimentar una sola unidad dental. Ustedes piden 1HP para 2 Unidades Odontologica (Valorar esa parte con su departamento técnico)

Respuesta: Ver Enmienda I.


2. Están seguro que los compresores de 1 HP seran a 220v?

Respuesta: Si, 220V es lo requerido, cada compresor debe contener esta conexión.

3. Deseo confirmar la cantidad de litros del autoclave solicitado en la licitación son de 18 litros o 28 litros

Respuesta: Cada autoclave indica la cantidad de litros requeridos para cada Centro de Servicios. Ver Enmienda I.

Nota: Las preguntas fueron plasmadas en esta circular tal cual fueron remitidas por los oferentes.


Lic. Ramón Alejandro Inoa Ureña

Presidente en Funciones del Comité de Compras y Contrataciones

